**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**
**БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ**
вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801
E-mail: ses_bor@ukr.net, тел: 0445808503, Код ЄДРПОУ 38569031
**МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ**
**Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0308 від 08 вересня 2025 року, чинне до 07 вересня 2028 року**

# ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 443/422 від 06.11.2026 р.
## Мікробіологічний контроль якості питної води

**Найменування зразка:** вода питна - 0,5л.
**Замовник:** ТОВ «Петропавлівське», Договір №17/13 від 10.01.2026 р.
**Місце відбору зразка:** вул. Авіаторів, 41-А (офіс)
**Дата та час відбору зразка:** 04.11.2026 р.
**Дата та час доставки зразка:** 04.11.2026 р.
**Мета випробовування:** відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
**Дати проведення випробовувань:** 04.11. – 06.11.2026 р.
**Результати випробовувань:** наведені в таблиці

| № реєстр | Назва показника, одиниця вимірювання | Вимога НД | Результати випробувань * | Позначення НД на методи випробувань | Невизначеність вимірювання /примітка | Висновок (відповідність НД) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Загальне мікробне число при t-37°С | <50 КУО/см$^3$ | 5 КУО/см$^3$ | ДСТУ 6222:2002 | Не визначається | Відповідає |
| | Загальні коліформні бактерії | Не допускаються в 100см$^3$ | Не виявлено в 100см$^3$ | ДСТУ ISO 9308-1:2005 | Не визначається | Відповідає |
| | E. coli | Не допускаються в 100см$^3$ | Не виявлено в 100см$^3$ | МВ 10.2.1-113-2005 | Не визначається | Відповідає |
| | Ентерокок | Не допускаються в 100см$^3$ | Не виявлено в 100см$^3$ | ДСТУ 7899:2-2000 | Не визначається | Відповідає |
| | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки не допускаються в 50 дм$^3$ | клітини, яйця, личинки не виявлені в 50 дм$^3$ | Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00. Санітарно-паразитологічні дослідження води питної. | Не визначається | Відповідає |

Примітка:
*результати стосуються лише зразка, який був переданий для випробування.
*повний або частковий передрук протоколу без дозволу Бучанської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» забороняється.
*проба відібрана та доставлена замовником

**Виконавець:** лаборант з бактеріології Людмила ЗІНЕВИЧ

**Директор** **Олександр РИБАЧУК**